

Bezeichnung / Kennzeichnung

Behälterkennzeichnung



Schulter:
leuchtend Grün,
Schulterfarbe
entsprechend den
Risiken des
Gasgemisches
unterschiedlich

Ventile / Armaturen

Ventilanschluss

DIN 477 Nr. 14: M 19 x 1,5 LH (nicht zwingend), wenn O₂ > 21%: Nr 9: G3/4"

Empfohlene Armaturen

Spectrolab



Spezifikationen / Lieferformen

	ppm Gemisch	% Gemisch	
Zusammensetzung individuell			
		-	
Trärgase			
Behälter / Inhalt			
F02 Alu	0,3 / 0,4	0,3 / 0,4	m ³
F10 Alu/Stahl	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	m ³
F40 Alu	6 / 8	6 / 8	m ³
F50 Alu/Stahl	7,5 / 10	7,5 / 10	m ³
F50 x 12 Bdl	120	120	m ³

Zertifikat nein

Toleranz HT +/- 10% rel.
AT entfällt

Hinweise

Inhaltsangabe (m³) kann entsprechend Zusammensetzung geringfügig abweichen.
Fülldruck 150bar oder 200bar